

Nr. 23540/20.11.2024

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

În urma unor solicitări de clarificări din partea unor operatori economici interesați, vă transmitem următoarele precizări:

Intrebare 1

In caietul de sarcini punctul 3.4 se solicita : “Durata minima de garantie acordata pieselor este de 12 luni si 22.000 de expuneri de la data receptiei finale”. Deoarece, garantia piesei solicitate in documentatia de atribuire trebuie sa intruiasca simultan ambele conditii, va rugam sa acceptati modificarea in : garantia acordata este dupa cum urmeaza:

1 - daca defectarea acestuia apare pana la maxim 12 luni de la montarea tubului la beneficiar si pana la maxim 20.000 unitati de expunere (LU), atunci Siemens suporta 100% din valoarea de inlocuire a tubului defect;

2 - daca defectarea acesteia apare pana la maxim 18 luni de la montarea cupolei la beneficiar si pana la maxim 30.000 unitati de expunere (LU), atunci Siemens suporta 70% din valoarea de inlocuire a tubului defect, restul de 30% urmand a fi suportat de catre beneficiar;

3 - daca defectarea acesteia apare pana la maxim 24 luni de la montarea cupolei la beneficiar si pana la maxim 40.000 unitati de expunere (LU), atunci Siemens suporta 40% din valoarea de inlocuire a tubului defect, restul de 60% urmand a fi suportat de catre beneficiar.

In cazul defectarii, situatia care poate apare trebuie sa intruneasca simultan ambele conditii de mai sus.

Raspuns 1

Se accepta, iar punctajul in cazul criteriului de atribuire „**Garanția acordată**” se acorda proportional pentru fiecare garantie (12, 18 si 24 luni).

Intrebare 2

In caietul de sarcini se solicita : “Prezentarea declaratiei de conformitate CE (marcajul european de conformitate CE) “. Deoarece, obiectul procedurii este reprezentat de furnizarea unei piese de schimb, marcajul CE fiind specific furnizarii de echipamente medicale, va solicitam **eliminarea cerintei mentionate**

Raspuns 2

Se accepta.

Intrebare 3

In caietul de sarcini se solicita : ” In pretul dispozitivului medical va fi inclusa instalarea, punerea in functiune si scolarizarea personalului utilizator pentru minim 2 persoane si a personalului tehnic in vederea mentenantei”. Deoarece, obiectul procedurii este reprezentat de contract de furnizare Tub RX, punerea in functiune si scolarizarea personalului utilizator nu cad in sarcina operatorului economic, va solicitam **eliminarea cerintei mentionate..**

Intrebare 3

Se accepta.

Intrebare 4

In caietul de sarcini se solicita : timpul de remediere al defectiunii va fi de 72 de ore. Datorita procesului logistic de comanda a pieselor de schimb la producatorul acestora aprovizionarea stocului, transport si livrare, termenul de remediere poate depasi 72 de ore, astfel, va solicitam modificarea in: **timpul de remediere al defectiunii va fi de 5 zile.**

Raspuns 4

Se accepta.

Intrebare 5

In caietul de sarcini se solicita In perioada de garantie a ansamblui tubului RX. Fie următorul va asigura gratuit orice operatiune de mentenanta, astfel: operatiuni de mentenanta preventiva prescrise de producator si operatiuni de mentenanta corectiva upgrade-uri software/hardware decise de producator pentru modelul de produs furnizat. Deoarece, obiectul procedurii este reprezentat de contract de furnizare Tub RX va solicitam **eliminarea cerintei mentionate.**

Raspuns 5

Se accepta

Intrebare 6

In caietul de sarcini se solicita manual de utilizare in limba romana si engleza atat in format tipar cat si in format electronic; n scurt manual de pagina de format A4 infoliat. Deoarece, obiectul procedurii este reprezentat de contract de furnizare Tub RX , acesta fiind inlocuit , iar tubul defect va fi returnat catre operatorul economic, va solicitam eliminarea cerintelor mentionate. Manual ul de utilizare fiind un document specific livrării echipamentelor, ci nu a pieselor de schimb, acestea fiind inlocuite fara a schimba modul de operare al echipamentului medical

Raspuns 6

Se accepta.

Intrebare 7

In caietul de sarcini se solicita : Factura va fi trimisa in original la adresa specifica ta de AC. Va rugam accepta ti modificarea in: Facturile se emit in sistemul electronic E-factura.

Raspuns 7

Se accepta.

NOTA :

TERMENUL LIMITA DEPUNERE OFERTA SE PRELUNGESTE PANA PE 21.11.2024, ORELE 09:45.

Serv. de achizitii publice,
contractare, aprovizionare
Jercan George